

國立高雄大學

實驗室排煙櫃/抽風罩 安全衛生重點檢查表

實驗室名稱：_____

檢查日期：____年____月____日

排煙櫃/抽風罩編號：_____

檢查項目	檢查基準	檢查結果	備註
1.檢查抽風櫃開關是否正常		☐ 是 ☐ 否	
2.檢查抽風櫃玻璃罩是否損壞		☐ 是 ☐ 否	
3.檢查抽風櫃內是否有化學品殘留		☐ 是 ☐ 否	
4.放置之氣罩開口是否能控制風速在 0.5m/s 以上		☐ 是 ☐ 否 風速：_____m/s	
5.檢查整體外表是否有受損		☐ 是 ☐ 否	
6.導管有無破損或腐蝕		☐ 是 ☐ 否	
7.馬達有無故障		☐ 是 ☐ 否	
8.皮帶有無滑落或鬆弛		☐ 是 ☐ 否	
9.導管氣口有無堆積粉塵		☐ 是 ☐ 否	
10.氣罩內燈具是否有損壞		☐ 是 ☐ 否	

環境安全衛生中心主任：

檢查人員：

註：1.檢查結果，是或否請填於☐『✓』。

2.本安全衛生重點檢查表紀錄請保存三年。

3.本表請每於每半年（每學期開學第二週）定期實施檢查一次。

4.若檢查發現有異常情形，請通報總務處營繕組維修，再進行追蹤維修情況。

表單編號：ES-02-13-01

保存期限：三年